РЕГИСТРАЦИОННАЯ КАРТА № 002/3-251

на испытательное оборудование

1 Наименование: **Термостат воздушный лабораторный ТВЛ-К 170**

2 Заводской №: **1732** Инв. №: 3138

3 Назначение: нагрев, охлаждение и термостатирование веществ и материалов, хранение стандартных образцов и др. веществ и материалов в заданных условиях

4 Технические характеристики.

Отклонение температуры от заданной, °С: 0,5

Точность поддержания температуры, °С: 0,5

5 Результаты первичной аттестации от 06.12.2011 г.

Проверяемая характеристика	Установленное значение	Допускаемое значение
Отклонение температуры от заданной, °С	0,4	0,5
Точность поддержания температуры, °С	0,2	0,5

Периодичность аттестации: 1 раз в 2 года. Место хранения: к.150

Техническое обслуживание проводится при проведении периодической аттестации

Ответственный за состояние СИ и ВО  Мигаль П.В.

6 Журнал периодической аттестации и технического обслуживания.

№ протокола	Дата проведения	Результат (Годен / Не годен)
003	06/12/11	годен
221	02/12/13	годен